

Udzielono odpowiedzi na zapytanie oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej i fantomów nr 3/2018.6.9.3.1/1 dotyczącej części 1 – Medycznej aparatury diagnostycznej.

Pytanie 1 dotyczy pozycji 2 pkt. 3

Czy zamawiający dopuści audiometr bez funkcji przedstawiania wyników badania w formie audiogramu na wyświetlaczu aparatu?

Uzasadnienie:

Oprogramowanie elektroniczne umożliwia sporządzenie audiogramu na komputerze jak i również analizę badania.

Odpowiedź:

Dopuszczamy taką możliwość.



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

