

Udzielono odpowiedzi za zapytanie oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej, fantomów, sprzętu komputerowego i urządzeń do transmisji danych nr 3/2018.6.9.3.1 Dotyczącej części 1 – Medyczna aparatura diagnostyczna RTG.

1. Czy zamawiający może doprecyzować, co rozumie przez zapis w punkcie 1: lampy rentgenowskie bez aktywnego źródła promieniowania, lampa rtg przesuwana silnikiem wzdłuż stołu?

Lampa rtg może być uszkodzona lub odłączona żeby nie emitować promieni rtg, lampa przesuwana z kolumną mechaniczną wzdłuż stołu.

2. Czy zamawiający wymaga aparatu rtg wyposażonego w jedną lampę rtg? Czy zamawiający wymaga systemy z dwoma lampami?

Aparat rtg ma być wyposażony w jedną lampę.

3. Czy zamawiający wymaga aparatu z kolumną lampy montowanej na podłodze czy na suficie? Jeśli na suficie, czy zamawiający przygotuje konstrukcję nośną pod aparat czy to jest w zakresie dostawcy?

Aparat rtg ma być z kolumną montowaną na podłodze.

4. Czy zamawiający dopuści aparat kostno-płucny bez silnikowego przesuwu lampy lecz z mechanicznym przesuwem? Większość producentów na świecie nie stosuje motorowego przesuwu lampy w tego typu aparatach.

Kolumna ma być przesuwana mechanicznie.

5. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z monitorem LCD typu „touch screen” na kołpaku lampy w celu sterowania parametrami i funkcjami aparatu? Zamiast z pulpitu umieszczonego na aparacie. Dodatkowo system będzie wyposażony w pulpit obsługi w sterowni.

Tak

6. Czy zamawiający wymaga dostarczenia samego aparatu analogowego czy aparatu wyposażonego w detektor w technologii cyfrowej?

Bez detektora



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



7. Czy zamawiający może doprecyzować warunki graniczne w zakresie obrotu lampy (kołpaka)? Chcemy zaznaczyć iż kołpak to obudowa lampy, więc ten sam element, a podają Państwo trzy różne zakresy obrotu jako minimalne:
W opisie aparatu „zakres obrotu kołpaka min. +/-90 stopni”
W zakresie lampy min. Wokół osi pionowej 330)brak jednostki)
W zakresie lampy min wokół osi poziomej +/-120 stopni

Prosimy o potwierdzenie który parametr jest wiążący i minimalny.

Prosimy o dopuszczenie aparatu z zakresem ruchu:

a/Obrót kolumny min +/-90 stopni wokół osi pionowej.

b/ Obrót kołpaka z lampą wokół osi poziomej +/-180 stopni.

Aparat z wykazanymi parametrami w ppkt. a i b jest akceptowalny

8. Czy zamawiający może doprecyzować co rozumie przez zapis „oprogramowanie do symulacji wykonywania badań rtg”? Czy np. jest to oprogramowanie w konsoli wskazujące (przewodnik elektroniczny w formie graficznej jak wykonywać różne badania?

Oprogramowanie nie musi być zbieżne z aparatem, wymagana jest możliwość nauki obsługi oprogramowania do wykonywania badań rtg.

9. Zamawiający wymaga dostarczenia programu RIS który musi być zintegrowany z systemem HIS. Prosimy o wskazanie jakiego producenta oprogramowanie jest w posiadaniu zamawiającego. Czy zamawiający posiada licencję do integracji tego oprogramowania, czy usługa ma być wliczona w cenę oferenta?

Nie posiadamy licencji, programy mają służyć do symulacji.

10. Prosimy o podanie modelu i producenta aparatu który ma być zdemontowany.

Aparat bez nazwy z 1963 r.. Na tabliczce kolumny widnieje Chirana - Made in Czechosłowacja.