

Udzielono odpowiedzi za zapytanie oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej, fantomów, sprzętu komputerowego i urządzeń do transmisji danych nr 3/2018.6.9.3.1 Dotyczącej części 1 – Medyczna aparatura diagnostyczna RTG.

1. Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z lampą o zakresie obrotu wokół osi pionowej wynoszącym $\pm 90^{\circ}$. Proponowana wartość umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów ekspozycji i nie ogranicza możliwości aparatu.

Tak

2. Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z nieuchylnym statywem do zdjęć odległościowych?

Nie



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

