

**Udzielono odpowiedzi na zapytanie oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej i fantomów dotyczącej części 1 – Medycznej aparatury diagnostycznej.**

1. Dotyczy aparatu audiometrycznego pkt 30

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby przedstawienie wyników badań odbywało się na dołączonym do aparatu komputerze (laptopie)? Oferowany przez nas aparat nie posiada wyświetlacza, jednak załączony zostanie do niego komputer- laptop, na którym zostaną wyświetlane wyniki badań?

**Tak**

2. Dotyczy aparatu RTG

Czy zamawiający mając na uwadze zapis aparat powystawowy regenerowany dopuszcza do zaoferowania systemy używane – regenerowane w 2018 roku?

**Tak**

3. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z sterowaniem z pulpitu generatora w sterowni bez możliwości sterowania generatorem w Sali badania na aparacie, rozwiązanie takie stosuje się przy aparatach do skopii i badaniach gdzie mamy bezpośredni kontakt z pacjentem?

**Tak**

4. Czy zamawiający mając na uwadze przeznaczenie szkoleniowe aparatu dopuści system z kratką o parametrach R21:1, 155cm 40l/cm, nie ma to znaczenia dla zakresu diagnostycznego?

**Tak**

5. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z wyzwalaczem ekspozycji na pulpicie w sterowni lub z wyłącznika ręcznego, sterownik nożny stosuje się w aparatach śródoperacyjnych?

**Tak**

6. Czy zamawiający mając na uwadze możliwość opuszczania stołu, zrezygnuje z zapisu podnózek który można demontować, podnóżki stosuje się w stołach które nie mają ruchu pionowego blatu?

**Tak**

7. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta Niemieckiego z kolumną podłogową o ruchu lampy w pionie  $\pm 90$  stopni i  $\pm 120$  w poziomie?

**Tak**

8. Czy zamawiający pod pojęciem konsola technika ma na myśli system komputerowy dodatkowy do aparatu symulujący konsolę technika z oprogramowaniem do systemu cyfrowego? Normalnie konsola to pulpit sterowania go aparatu i generatora, konsola technika opisana jako obsługiwana za pomocą myszki i klawiatury powoduje konieczność dodania systemu komputerowego jakie występują w przypadku aparatów cyfrowych.

**Tak**

9. Prosimy o doprecyzowanie zakresu osłon do pacjenta:  
Ile wymaga się np. fartuchów, osłon na gonady, itp.

**Fartuch, półfartuch i osłony na gonady**

10. Czy oprogramowanie do symulacji badań to oprogramowanie do ustawiania parametrów i ekspozycji z pulpitu generatora- czyli cały zakres ustawień do wykonywania badań?

**Oprogramowanie do symulacji badań – cały zakres**



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Lubuskie  
Warte zachodu

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

